



Poznań, dnia 23 maja 2016 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

**do wszystkich wykonawców,
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.10.2016

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w postępowaniu nieodpłatnie aparatów zastępczych na czas obowiązywania umowy dla czytników Elisa firmy Dynatech? To umożliwi zaoferowanie testów, których analiza będzie wykonana w oparciu o oprogramowanie kompatybilne do zaoferowanych czytników.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów zastępczych dla czytników Elisa firmy Dynatech. Zaoferowane aparaty zastępcze muszą spełniać następujące, minimalne wymagania:

- Odczyt płytek 96 dołkowych płasko i okrągłodennych
- Zakres długości fali umożliwiający odczyt zaoferowanego testu
- Rozdzielczość 0.001 Abs



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

- Dokładność odczytu nie mniejsza niż +/- 1 %
- Możliwość pracy samodzielnej (bez komputera - odczyt bezpośrednio z czytnika) i sterowanie przez komputer
- Zainstalowanie filtra o długości umożliwiającej odczyt zaoferowanego testu
- Wewnętrzny sterownik czytnika pozwalający na zaprojektowanie i przechowywanie w pamięci protokołów odczytu
- Możliwość zaprojektowania w sterowniku czytnika odczytów ilościowych i jakościowych (wykreślanie krzywych, kalkulowanie odcięć)
- Dołączone oprogramowanie do obsługi czytnika oraz obróbki i przechowywania danych (oprogramowanie w języku polskim)
- Możliwość serwisowania i sprawdzenia czytnika na miejscu u użytkownika
- Zamawiający wymaga, aby po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia wykonawca dostarczył świadectwo sprawdzenia przyrządu po instalacji. Ponadto do urządzenia należy dołączyć świadectwo wzorcowania płytki referencyjnej, którą sprawdzono urządzenie.

Oprogramowanie komputerowe musi być kompatybilne z wszystkimi pozostałymi czytnikami Elisa jakie Zamawiający ma w dyspozycji.

Zaoferowane aparaty zastępcze muszą zostać oddane Zamawiającemu do korzystania w ramach zaoferowanej ceny brutto za dostawę testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na czas obowiązywania umowy. Wykonawca musi zapewnić serwis i naprawy aparatu zastępczego przez cały okres trwania umowy wraz z jego sprawdzaniem i wzorcowaniem. Usunięcie awarii lub ujawnionej wady aparatu zastępczego musi nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy pisemnie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego lub Wykonawca dostarczy w tym czasie aparat sprawny technicznie, kompletny, nieuszkodzony umożliwiający wykonanie badań przy pomocy oferowanego testu do czasu usunięcia awarii.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi aparat zastępczy we wskazanym przez Zamawiającego laboratorium.

Zamawiający wymaga aby wykonawca przeszkolił minimum 2 osoby podczas minimum 2 godzin zegarowych z zakresu obsługi aparatu zastępczego wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Pytanie nr 2: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażanie zgody na złożenie oferty na wskazane testy do których dedykowane jest oprogramowanie producenta kompatybilne z czytnikami ELISA typu SUNRISE TECAN, ELX – 800 BIO-TEK, co umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.”

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt 1 lit. k,



oprogramowanie komputerowe musi być kompatybilne z następującymi czytnikami Elisa: MRX /PR 2100/ DYNATECH, SUNRISE TECAN, ELX – 800 BIO-TEK.

Pytanie nr 3: „W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź nr 3: Zgodnie z treścią punktu VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dostawy świadczone sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2016 r., (...)”, ponadto zgodnie z treścią punktu XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia „(...) Cena brutto oferty winna być skalkulowana tak by obejmowała całość wynagrodzenia za dostawę testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkyego na 160 000 oznaczeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym transportem do miejsc wskazanych w zapotrzebowaniu przez zamawiającego (Pracownia ZHW w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, Pracownia ZHW w Koninie, ul. Kościuszki 37B, Pracownia ZHW w Lesznie, ul. Święciechowska 150) (...)”.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4: „W nawiązaniu do zapisów umowy, w których Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakontraktowanego asortymentu zwracamy się o zmianę zapisów § 5, który w obecnym brzmieniu nakłada na Wykonawcę kary naliczane od całkowitej wartości umowy, która z powodu zmniejszonej realizacji ze strony Zamawiającego może zostać nieosiągnięta. Taka konstrukcja zapisów powoduje, że Wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, który jest szacunkowy. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie następujących zmian: Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą



umowną: § 5 ust. 1 za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia lub odczynników niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad – kary w wysokości 0,2 % wartości brutto produktów zamówionych, a nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie.”

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

