



Poznań, 18 maja 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

**do wszystkich wykonawców,
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.10.2018

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR i wzorców deuterowanych „BC”.

Dotyczy pakietu I, załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 1: „Prosimy o podanie harmonogramu dostaw.”

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z treścią pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Dostawy świadczone sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. (...),* ponadto zgodnie z treścią pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...) *Cenę należy skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego (...).* Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie dostawy.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał?”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający akceptuje datę ważności 12 miesięcy od daty wysyłki materiałów.”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza dostarczenie zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA (...) opisanych w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z terminem ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 4: “W § 5 pkt.1 widnieje zapis: „W razie opóźnienia, choćby niezawinionego w realizacji dostaw, w tym również z powodu: - dostawy bez wymaganego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - dostawy o nieodpowiedniej ilości i jakości DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy, za każdy dzień uchybienia terminowi do czasu zrealizowania dostawy. Kara umowna nie wymaga dodatkowego wzywania DOSTAWCY do usunięcia ww. naruszeń postanowień umowy.”

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W razie opóźnienia, choćby niezawinionego w realizacji dostaw, w tym również z powodu: - dostawy bez wymaganego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - dostawy o nieodpowiedniej ilości i jakości DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,05% niezrealizowanej, opóźnionej części umowy, za każdy dzień uchybienia terminowi do czasu zrealizowania dostawy, jednak nie więcej niż 15% wartości umowy. Kara umowna nie wymaga dodatkowego wzywania DOSTAWCY do usunięcia ww. naruszeń postanowień umowy.”

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

