



Poznań, 15 listopada 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

**do wszystkich wykonawców,
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.21.2018

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego – wirówki laboratoryjnej.

Pytanie nr 1: „Czy zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnej prędkości 17500 rpm, oraz rotor o analogicznych osiąгах?”

Pytanie nr 2: „Czy zamawiający dopuści wirówkę z zakresem obrotów nastawnych w krokach co 100 rpm?”

Odpowiedź nr 1 i 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3: „Czy zamawiający dopuści wirówkę o wadze 29 kg?”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl
www.wiw.poznan.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki laboratoryjnej o wadze 29 kg.

Ponadto Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informuje, że w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w opisie przedmiotu zamówienia poprawia oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w punkcie „*wymiary maksymalne - wys. 350mm x szer. 370mm x gł. 46,0 mm*” wykreśla się „46,0 mm” i w to miejsce wpisuje się „**460 mm**”.

Sporządził: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl
www.wiw.poznan.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI