



Poznań, 23 stycznia 2020 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

***Andrzej Żarnecki***

**wg rozdzielnika**

Nasz znak: AD-O.272.6.2020

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

***Dotyczy pakietu I, załącznik nr 2 do SIWZ***

**Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający zgodzi się, aby gniazdko elektryczne w komorze laminarnej posiadało stopień ochrony IP55, zamiast IP 66?”**

**Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuści, aby sprawdzenie wymaganych parametrów w komorze laminarnej było wykonane przez serwis bez akredytacji?”**

**Odpowiedź nr 1 – 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**



---

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

### ***Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia***

**Pytanie nr 3:** „Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy komory laminarnej do 12 tygodni od dnia podpisania umowy?”

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### ***Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 10 do SIWZ***

**Pytanie nr 4:** „Zamawiający wskazał: „Jeżeli przedmiot zamówienia nie zostanie naprawiony w okresie gwarancji w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zgłoszenia o potrzebie naprawy to SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się, na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze, sprawne technicznie, kompletne, nieuszkodzone, umożliwiające wykonanie badań”. Czy Zamawiający może odstąpić od tego wymogu?”

**Pytanie nr 5:** „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu treści umowy w paragrafie 6 we fragmencie „Na wymienione elementy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie nowa 24 miesięczna gwarancja” na „...nowa 6 miesięczna gwarancja”.”

**Odpowiedź nr 4 – 5:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl