



Poznań, 22 marca 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

**do wszystkich wykonawców,
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.5.2018

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria, zestawów do izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka (BTV) kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego aparatem LightCycler 480, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek immunoenzymatycznych, wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „J”.

Dotyczy pakietu IV, załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 1: „Prośba o wyrażenie zgody. Zestaw do wykrywania wirusa BTV w próbkach krwi pełnej bydła i owiec wszystkich genotypów metodą real – time PCR bazującej na genomowej amplifikacji specyficznego fragmentu RNA wirusa. Jeden zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 200 reakcji (ilość zamawiana 2 zestawy) – 4 zestawów dla 100 reakcji.”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 2: „Czy zamawiający dopuszcza dostawę testu do wykrywania wirusa BTV wpisanego do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii w zestawach, przeznaczonych na 96 reakcji każdy? Dostawca proponuje sukcesywną dostawę mniejszych zestawów w porównaniu do SIWZ wpływając na poprawę aspektu terminu przydatności dostarczonego zestawu.”

Odpowiedź nr 1 - 2: Liczba dostarczonych zestawów do wykrywania wirusa BTV w próbkach krwi pełnej bydła i owiec wszystkich genotypów metodą real-time PCR (...) opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ, pakiet IV, poz. 1 **ogółem musi umożliwić przeprowadzenie min. 400 reakcji.**

