



Poznań, 29 marca 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

**do wszystkich wykonawców,
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.5.2018

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria, zestawów do izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka (BTV) kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego aparatem LightCycler 480, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumnienek immunoenzymatycznych, wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „J”.

Dotyczy pakietu IV, załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 1: „Czy zamawiający dopuści zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych z instrukcją w języku angielskim? Zestaw do detekcji wirusa BTV dostawca dostarcza wraz z instrukcją w języku polskim.”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z treścią pkt XIII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Oferta winna być przygotowana w języku polskim (wymagane przez SIWZ dokumenty dołączane do oferty, sporządzone w językach obcych, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski) (...).*

Dotyczy pakietu III, załącznik nr 4 do SIWZ

Pytanie nr 2: „Czy zamawiający posiada windows 7 oraz Excel 2010 32 bitowy. Excel version 14.7140.xxx lub późniejszy.”

Odpowiedź nr 2: Sprzęt komputerowy Zamawiającego wykorzystywany do odczytu prób badanych przy użyciu zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria posiada następujące systemy operacyjne: Windows 7 bez excel, Windows 7, excel 2013 – 15.0.50.xx.x.xxx, Windows 7, excel 2010 14.xx.xx.

Dotyczy pakietu X, załącznik nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 10, pozycja 36 płytki columbia z 5% krwią baranią?”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Columbia agar z dodatkiem 5% krwi baraniej.

